

PRECAUCIONES UTILIZACION PRODUCTOS / ÜRÜN KULLANIM ÖNLEMLERİ

REGD-0001669
Revision date: February-2014

Productos / Ürünler

DG Gel Control
Serascan Diana 2
Serascan Diana 2P

Serascan Diana 3
Serascan Diana 3P
Serascan Diana 4

Serascan Diana 4P
Serascan Diana D⁺
Identisera Diana

Identisera Diana P
Identisera Diana Extend
Identisera Diana Extend P

Serigrup Diana A1/B
Serigrup Diana A2
Serigrup Diana 4

1 Ürün Açıklaması

Kullanım Amacı: in vitro diagnostik kullanım reaktifleri için. Saklama koşulları: 2 - 8°C. Dondurmayın.

2. Ürün sınıflandırması

Ürün Yönetmelik (EC) No 1272/2008 düzenlemesine göre tehlikeli madde içermez.

3. Potansiyel Tehlikeler

Bu ürünlerin imal edildiği insan menşeli malzeme HBs antijeni için olmayan reaktif olmasına karşın, anti-HIV ve anti-HCV antikorları yetkili reaktifler ile test edildiğinde, İnsan menşeli ürünler hepatit ya da AIDS iletmemezliği sağlamak için bilinen bir yöntem bulunmamaktadır. Bulaşıcı hastalık bulaştırabilecekmış gibi ele alınız.

4. Laboratuvar kullanım önerileri Laboratuvar uygun koruyucu giysi, eldiven ve gözlük takın.

5. Kazara dökülme durumunda alınması gereken önlemler için

5.1. Kişisel önlemler: Cilde ve göze doğrudan temastan kaçının, teması halinde, bol su ile yıkayınız.

5.2. Çevresel önlemler: Emici bir malzeme ile, mümkün olduğu kadarı ile onu alın.

6. Bertaraf edilmesi

Varsa, bu ürünlerin ve kontamine ambalajın imhası için geçerli yerel, ulusal ve AB yönetmeliklere uyunuz

7. Nakliye ile ilgili bilgiler

Ürün taşımacılığı için tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

8. Değişiklikler

- Aşağıdaki ürünler silindi: Serigrup A1 / B, Serigrup A2, Serigrup A2 ve Kontrol Coombs.

- Paragraf "Nakliye ile ilgili bilgiler" eklendi.

- Yönetmeliğe (AB) 1272/2008 göre güncelleyin.