

PRECAUCIONES UTILIZACION PRODUCTOS / ÜRÜN KULLANIM ÖNLEMLERİ

REGD-0001670
Revizyon tarihi: Aralık-2013

Productos / Ürünler

DG Gel AB (4X)
DG Gel ABO-CDE
DG Gel ABO/Rh
DG Gel ABO/Rh (2D)
DG Gel Anti-D

DG Gel Anti-IgG
DG Gel Confirm
DG Gel Neutral/Coombs
DG Gel Coombs
DG Gel CT

DG Gel DC Scan
DG Gel Neutral
DG Gel ABO/Rh+Kell
DG Gel ABO/Rh (2D)+Kell
DG Gel Rh Pheno

DG Gel Rh Pheno+Kell
DG Gel T/S
DG Gel ABO/Rh Pheno
DG Gel ABO/Rh (NF)

DG Gel Rh Extend
DG Gel ABO/Rh (CDE)
DG Gel ABO/Rh+Kell (RT)
DG Gel T/S Poly
DG Gel Confirm P

DG Gel Newborn
DG Gel ABO/Rh (CR)
DG Gel Double Pheno

1. Descripción producto

Uso previsto: Reactivos para uso diagnóstico in vitro.
Condiciones almacenamiento: Ver etiquetado del producto. No congelar.

2. Clasificación del producto

Los productos no incluyen sustancias peligrosas en conformidad con el Artículo 31 del Reglamento (CE) 1907/2006.

3. Peligros potenciales

Algunos de estos productos contienen anticuerpos de origen monoclonal humano fabricados a partir de material no reactivo para antígeno HBsAg, y anticuerpos anti-VHC y anti-VIH al probarlo con reactivos autorizados. Sin embargo, no existe ningún método conocido que asegure que los productos procedentes de sangre humana no puedan transmitir hepatitis o SIDA.

Asimismo, alguno de los componentes de estos equipos es de origen animal. La materia prima de la cual se fabrica procede de establecimientos controlados cuyos animales han recibido inspección veterinaria ante y post-mortem y no muestra indicios de enfermedades infecciosas o contagiosas.

Manipularlos como si potencialmente fueran capaces de transmitir enfermedades infecciosas.

4. Recomendaciones de uso en laboratorio

Utilizar ropa protectora adecuada, guantes y gafas de laboratorio.

1. Ürün tanımı

*Kullanım amacı: reaktiflerin in vitro diagnostik kullanımını içindir.
Saklama koşulları: Ürün etiketine bakın. Dondurmayın.*

2. Ürün sınıflandırma

Bu ürünler Düzenleme (EC) 1907/2006 Makale 31 e göre tehlikeli maddeler içermez.

3. Olası Tehlikeler

Bu ürünlerin üretilmesindeki insan kaynaklı materyaller yetkili reaktiflerle test edildiğinde HBs antijen, anti-HIV ve anti-HCV antikorları için reaktif olmamasına rağmen insan kaynaklı ürünlerin hepatit veya AIDS geçirmedigine inandıran bilinen bir yöntem yoktur.

Ayrıca bu kitlerin bazı bileşenleri hayvan kaynaklıdır. Bu ürünlerin bazısının üretilmesindeki ham maddeler kontrollü lisanslı kuruluşlardan gelir, hayvanlar ante ve post-mortem veteriner kontrollerine tabi tutulmuştur ve bu hayvanlar bulaşıcı veya salgın hastalık belirtisi göstermez.

Bulaşıcı hastalık geçirme kapasitesine sahipmiş gibi kullanın.

4. Laboratuvar kullanımı için öneriler

Laboratuvar uygun koruyucu giysisi, eldivenler ve gözlükler kullanın.

PRECAUCIONES UTILIZACION PRODUCTOS / ÜRÜN KULLANIM ÖNLEMLERİ

REGD-0001670
Revizyon tarihi: Aralık-2013

Productos / Ürünler

DG Gel AB (4X)
DG Gel ABO-CDE
DG Gel ABO/Rh
DG Gel ABO/Rh (2D)
DG Gel Anti-D

DG Gel Anti-IgG
DG Gel Confirm
DG Gel Neutral/Coombs
DG Gel Coombs
DG Gel CT

DG Gel DC Scan
DG Gel Neutral
DG Gel ABO/Rh+Kell
DG Gel ABO/Rh (2D)+Kell
DG Gel Rh Pheno

DG Gel Rh Pheno+Kell
DG Gel T/S
DG Gel ABO/Rh Pheno
DG Gel ABO/Rh (NF)

DG Gel Rh Extend
DG Gel ABO/Rh (CDE)
DG Gel ABO/Rh+Kell (RT)
DG Gel T/S Poly
DG Gel Confirm P

DG Gel Newborn
DG Gel ABO/Rh (CR)
DG Gel Double Pheno

5. Medidas a tomar en caso de vertido accidental

Precauciones personales: Evitar contacto directo con la piel y los ojos, en caso de contacto lávese inmediata y abundantemente con agua.

6. Consideraciones relativas a la eliminación

Seguir las disposiciones legales administrativas locales, nacionales o de la UE aplicadas a eliminación de estos productos y los envases contaminados, si las hubiere.

5. Kazara dökülme durumunda yapılacaklar

Kişisel önlemler: Cilt ve gözlerle direkt temastan kaçının, temas halinde, hemen bol suyla durulayın.

6. Atımı konusundaki hususlar

Varsa, bu ürünler ve kontamine paketlenme atımı için uygulanabilir yerel, ulusal veya EU düzenlemelerini izleyin.